

回答書

令和 7 年 3 月 26 日

担当部局名 環境部資源循環課

入 札 日 令和 7 年 4 月 4 日

入 札 番 号 第 5 号

案 件 名 し尿処理施設水質分析業務委託

質 問 内 容	回 答 内 容
「雑排水 生活環境項目」中の分析項目に「大腸菌群数」とありますが、「水質汚濁防止法に基づく排水基準」の改正が行われますが「大腸菌数」への変更はなしで問題ありませんでしょうか。	分析試料は「雑排水」であり法改正対象の「放流水」にはあたらないため、「大腸菌群数」、「大腸菌数」のどちらで分析しても問題ありません。なお、本設計は「大腸菌群数」で積算しております。